

2019年7月25日

アラガン社製品自主回収・販売停止について

日本乳房オンコプラスチックサージャリー学会
関係各位

緊急のお知らせです。

このたび急遽 FDA の指示により、アラガン社のテクスチャードエキスパンダーおよびインプラントが、全世界的に自主回収されることとなりました。このため日本においても同社の該当製品が今後使用できなくなります。インプラントについてはスムーズタイプ（9月より販売再開予定）は使用できますが、エキスパンダーについてはアラガン社の製品は使用できなくなります。今後の対応について至急関係当局も交えて検討中です。

各施設の先生方、そして患者様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の上ご対応いただけますようお願い申し上げます。

日本乳房オンコプラスチックサージャリー学会
理事長 朝戸裕貴